

의료 패드용 액상 실리콘 젤의 항균 특성에
관한 연구(2)

허광선, 하병욱^{1,*}

경남정보대학교; ¹ORETEC

(kwangsун@kit.ac.kr*)

본 연구에서는 의료용 항균 실리콘 패드에 사용되는 코팅 소재로 polydimethylsiloxane (PDMS)를 선정하였다. PDMS는 다양한 의료분야에서 널리 사용되고 있는 소재이며, 고온에서 뿐만 아니라 상온에서도 경화가 가능하기 때문에 열에 민감한 전자소자나 바이오 센스의 코팅 소재로 많이 사용되고 있다. 의료용 항균 패드는 세균 증식 억제는 물론 악취제거의 기능이 우수해야 한다. 의료용 항균 실리콘 패드는 PDMS, 항균제, 희석제를 혼합하여 50°C에서 30분 교반시키고, 경화촉진제를 추가하여 30분간 반응시킨 실리콘겔로 제조한 후 롤 코팅기로 코팅하여 120 °C에 10분 경화반응을 시켜 제조하였다.

경화반응에 사용되는 촉매로는 백금 촉매이며 실리콘의 전체 중량 기준으로 0.1ppm~1ppm, 항균제 BCA-9002를 0.1 ~ 5% 변화시켰다. 제조한 의료용 항균 실리콘 패드와 섬유상에 실리콘처리 후 항균성 시험방법에 의해 항균능을 비교하였다.